

# 校准证书

Calibration Certificate

证书编号: 光学字第 240100174 号  
Certificate No.

委 托 单 位

深圳市联辉诚科技有限公司

Applicant

委 托 单 位 地 址

深圳市宝安区西乡镇固戍 沙边海滨工业区 5A07 栋 4 楼

Address of Applicant

器 具 名 称

屏幕亮度计

Name of Instrument

型 号 / 规 格

LH-150

Type/Specification

出 厂 编 号

23088233

Serial No.

制 造 单 位

深圳市联辉诚科技有限公司

Manufacturer

校 准 依 据

JJG 211-2021《亮度计》

Calibration Regulation



批准人 李双定

Approved by

核验员 李双定

Checked by

校准员 李双定

Calibrated by

校准日期

2024 年 01 月 30 日

Date of Calibration

Year Month Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2022)01030号

地址: 广西南宁市邕宁区蒲庙镇永乐路30号

Address: No.30,Yongle Road,Pumiao,Yongning District,,Nanning,Guangxi,China

地址: 广西南宁市高新区科园西九路23号

Address: No.23, Keyuan Xijiu Road,Gaoxin District, Nanning, Guangxi,China

电子邮件Email: gxjlywb@163.com

邮编Post Code: 530200 (邕宁) 530007 (高新)

电话Telephone: 0771-5726821/5726822 (邕宁)

0771-2315526 (高新)

传真Fax: 0771-5360938

网址Web: <http://www.gxjly.cn>

第 1 页 共 2 页

Page of

广西壮族自治区计量检测研究院是广西最高国家法定计量检定机构

Guangxi Zhuang Autonomous Region Institute of Metrology & Test is the highest level institute of legal verification in Guangxi province

本次校准所使用的主要计量标准器具（Main standards of measurement used in this calibration）：

名 称 Name	型号/规格 Type/Specification	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	证书编号 Certificate No.	有效期至 Valid until
亮度计	LS-160	(50~50000)cd/m <sup>2</sup>	标准级	GXgd2023-03464	2024-09-13

本次校准使用的计量标准均可溯源至国家计量基准

Standards of measurement used in the calibration can be traceable to national standards of measurement

校准地点及环境条件（Place and environmental condition for calibration）：

地 点：广西南宁市高新区科园西九路 23 号 2 号楼 413 房

Place

环境温度：18.3 ℃；

相对湿度：62 % ；

其它： /

Ambient Temperature

RH

Others

校准结果（Results of calibration）：

- 1、外观检查：符合要求；
- 2、亮度相对示值误差：

标准值(cd/m <sup>2</sup> )	显示值(cd/m <sup>2</sup> )	相对示值误差(%)
50	49.54	-0.9
100	99.91	-0.1
500	500.4	0.1
1000	1006	0.6
5000	4980	-0.4
10000	10000	0.0
30000	30090	0.3
50000	50260	0.5

相对示值误差的扩展不确定度：  $U_{rel}=3.0\% (k=2)$

敬告： 1 仪器修理后，请立即进行校准；在使用过程中，如对被校准仪器技术指标产生怀疑，请重新校准。

2 建议复校准时间间隔不超过 12 个月。

--以下空白--